

PARECER TÉCNICO

O presente parecer técnico visa analisar a impugnação ao Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico N.º 015.10/2024-SRP, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e insumos para curativos, esterilização e soluções médico-hospitalares destinados à Policlínica Dra. Márcia Moreira de Menezes, sob gestão do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Cascavel – CPSMCAS.

A impugnação foi apresentada por Janete Lopes Soares, Analista Jurídico, solicitando a inclusão de exigências adicionais de normas técnicas para os itens especificados.

Análise da Impugnação

A impugnação sugere a citação de normas e requisitos técnicos obrigatórios para garantir a qualidade e segurança dos materiais licitados, mencionando normas como ABNT, ASTM, entre outras, aplicáveis aos lotes 01 (item 07) e 03 (itens 06, 07 e 08) do Termo de Referência.

Após análise, verificou-se que os itens do Termo de Referência estavam com descrição incompleta, por equívoco de digitação e/ou conversão de arquivo, após devidas correções os itens exibem as exigências legais pertinentes, mesmo que o texto descrito não faça as citações das normas adicionais conforme solicitado.

Posto isto, durante a análise da impugnação, identificou-se a necessidade de retificação do Termo de Referência, não na extensão sugerida pela impugnação, mas apenas para reforçar que **os itens devem estar devidamente registrados nos respectivos órgãos competentes. Esse registro já assegura a conformidade com as exigências regulamentares e de qualidade**, uma vez que comprova que os produtos atendem aos padrões técnicos mínimos exigidos por órgãos reguladores.


Conclusão

Após correção com complementação de informações necessárias, o Termo de Referência contempla os requisitos para assegurar a qualidade dos produtos, com base em critérios técnicos e regulatórios que garantem segurança e eficácia. A inclusão de exigências adicionais mencionadas na impugnação não é necessária e poderia impactar negativamente a competitividade do processo licitatório.

Verifica-se, portanto, a necessidade de retificação do Termo de Referência para explicitar que os materiais e insumos devem estar devidamente registrados nos órgãos competentes, garantindo assim a conformidade com as normas regulamentares aplicáveis. Ressalta-se ainda, a realização de conferência dos itens recebidos pela contratada, onde especificações, embalagem e demais dados são verificados para devido recebimento. Com essa adequação, mantém-se a redação original do Termo de Referência em seus aspectos gerais, uma vez que já atende às exigências legais pertinentes.

Diante do exposto, apresenta-se o Termo de Referência revisado e retificado, incorporando a exigência de registro nos órgãos competentes, de modo a reforçar a conformidade técnica dos produtos licitados.

Pacajus-CE, 03 de Dezembro de 2024


Joyce dos Santos Oliveira
Farmacêutica Responsável Técnica
CRF 9476

Anexo

LOTE 03						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANT.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
7	MANTA SMS - PACOTE COM 50 UNIDADES.	MANTA SMS - PACOTE COM 50 UNIDADES - ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM TRILAMINADO DE NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO SMS (SPUNDBOND, MELTBLOWN) 50G, DIMENSÕES 75CM X 75CM COR AZUL, SEGURO E ATÓXICO, REPELENTE A LÍQUIDOS, MATERIAL EXTREMAMENTE RESISTENTE A RASGOS E PERFURAÇÕES, SENDO UTILIZADOS PARA EMBALAR INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS ANTES DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR.	PACOTE	100	R\$ 274,41	R\$ 27.441,00

LOTE 03						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANT.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL
6	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 35CM X 35CM.	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 35CM X 35CM - ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. 40G, DIMENSÕES 35CM X 35CM, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE.	UNIDADE	500	R\$ 5,57	R\$ 2.785,00
7	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 40CM X 40CM	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 40CM X 40CM - ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. 40G, DIMENSÕES 45CM X 45CM, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE.	UNIDADE	50	R\$ 5,36	R\$ 268,00
8	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 50CM X 50CM	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 50CM X 50CM - ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. 40G, DIMENSÕES 50CM X 50CM, ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE.	UNIDADE	50	R\$ 5,57	R\$ 278,50